

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo</b>	24042903	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-015	29/10/2025	02/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido tendido	Uniforme	Levemente opalescente	6.0 ± 0.2	7.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+) <b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+) <b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad