

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL)</b>	24042904
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-031	28/02/2025
	<b>Fecha de control</b>
	02/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	6.8 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Burkholderia cepacia</i> ATCC 25416	Colonias amarillas <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
**Jefe Control de calidad**