

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cetrimida	24071501	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-060	16/07/2025	17/07/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Pigmento verde-azulado Fluorescencia bajo UV (254 nm) APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Parcialmente inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad