

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Müller Hinton Sangre</b>	A24051505	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-230	03/08/2024	16/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	4.2 ± 0.3 mm	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018 y M100 34th Edition 2024 <b>APRUEBA</b>

*Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)*

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad