

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar RPMI 1640 con Glucosa</b>	24062504	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-295	25/04/2025	01/07/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Anaranjado	Agar sólido	Uniforme	Claro	≥ 3 mm	7.0 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Según referencia CLSI M27 4th Edition 2017	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019		<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad