

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Sabouraud Dextrosa Cloranfenicol con Cicloxemida 55mm</b>	24061804
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-314	17/09/2025
	<b>Fecha de control</b>
	24/06/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias cremosas y blancas <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio blanco veloso con pigmento amarillo <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad