

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Thayer Martin 90mm	24070303
Código producto	Fecha expiración
285-400	03/12/2024
	Fecha de control
	04/07/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (1.5*10 ³ UFC/mL)	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad