

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Caldo Peptonado Tamponado	24072402	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-480	23/10/2025	25/07/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	7.0 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad