

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Columbia</b>	B24082904	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-085	30/11/2024	30/08/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo brillante	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta	<b>APRUEBA</b>
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Hemólisis gamma	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Hemólisis beta	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Hemólisis alpha	<b>APRUEBA</b>

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad