

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar HTM	24091701	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-790	19/05/2025	23/09/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige oscuro	Agar sólido	Homogéneo	Translúcido	4.0 ± 0.5 mm	7.3 ± 0.1	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018 y M100 34th Edition 2024	APRUEBA
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad